

## 是正処置計画の履歴

### 是正処置計画

確認日: 2024/08/13

## 承認済み

#### 注意事項

審査では、大変お世話になっております。是正処置計画のご提出ありがとうございます。添付ファイルを確認させていただきました。是正処置計画の内容は、適切と判断いたします。次回の審査の際に、是正処置の最終的な完了確認を行います。今後ともよろしくお願ひ申し上げます。

レビューアー: Shinji Sakurai

### 提案された解決策

タイトル: 【福井大学病院】7/24~26再認証審査 是正処置計画書の提出について

提出日: 2024/08/13 12:24 AM

#### 原因

「院内の各部門における医療安全確保のための業務改善計画書」については、令和2年3月のサーベイランス審査において、「改善の機会」として同様の指摘を受けており、その是正として、各部署のISO品質目標に医療安全に関する目標を設定し、院内安全パトロールで進捗状況を確認して、相談・助言を行うこととした。その後のISO審査では、この是正に関し、特段の指摘がなかったため、医療安全管理部としては適切に是正が完了したものと判断していた。

#### 修正処置（緩和処置）

医療安全管理体制下の「医薬品安全管理部（薬剤部）」、「医療機器安全管理部（ME機器管理部）」、「放射線部」と調整のもと、各部門における改善目標ならびに改善計画を策定し、『医療安全確保のための業務改善計画書』と『医療安全確保のための業務改善実施評価表』を作成した。（添付資料有）

#### 是正処置

- 『医療安全確保のための業務改善計画書』は医療安全管理部会と医療安全管理委員会に諮り、承認を得る。
- 年2回（4月、10月）、各部署が自己評価を行い、医療安全管理部が確認する。
- 評価結果を医療安全管理部会、医療安全管理委員会に報告する。

提出者: . .

### 証拠となる添付資料

★関連資料まとめ（医療環境制御センター）.pdf ↓

## 是正処置計画の履歴

# 是正処置計画

確認日: 2024/08/13

## 承認済み

### 注意事項

審査では、大変お世話になっております。是正処置計画のご提出ありがとうございます。添付ファイルを確認させていただきました。是正処置計画の内容は、適切と判断いたします。次回の審査の際に、是正処置の最終的な完了確認を行います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

レビューアー: Shinji Sakurai

## 提案された解決策

タイトル: 【福井大学病院】7/24～26再認証審査 是正処置計画書の提出について

提出日: 2024/08/13 12:26 AM

### 原因

指針に関連する機器の更新が近年多く、委員会の開催日程が合わず、改定作業が後になってしまった。

### 修正処置（緩和処置）

令和6年7月30日（火）～令和6年8月2日（金）でML審議を行い、改定を行った。

### 是正処置

指針の改定がML審議で可能なことを確認できたので、今後は保健所の監査が終わり次第改定作業を行うこととする。

提出者: . .

## 証拠となる添付資料

★関連資料まとめ（放射線部）.pdf ↓